



# ANEXO CONVOCATORIA

## 441/2018

### RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1	<p>Principio de funcionamiento capacitivo sin contacto con el objeto a medir. Conjunto completo: sensor y unidad de control/acondicionamiento. Cables y/o conectores propios del sistema que no sean estándares. Si es necesario incluir software para programar la unidad de control. Rango de medición nominal de 50 micrómetros, resolución/repetibilidad estática menor de 0.001% (RMS) de Fondo de escala, resolución/repetibilidad dinámica menor de 0.002% (RMS) de Fondo de escala y linealidad menor de 0.1% de Fondo de escala. Frecuencia de muestreo de por lo menos de 10 KHz. Además, la unidad de control debe permitir la conexión con una PC para poder transmitir los datos, ya sea a través de una salida analógica o comunicación digital de alta velocidad.</p> <p><b>Tipo de Cotización:</b> Cotizar precio <u>FOB</u> y <u>CIF</u></p>	